

KËRKESË PËR SQARIM

Per: **Komuna-MITROVICË**
Titulli: **Furnizimi me Remote controlled equipment**
Nr i prokurimit **642/19/2991/1-2-1**
Nr i brendshëm **642/19/019/121**

Te nderuar,

Ne KosovaMed Healthcare sh.p.k., kemi pranuar dosjen e tenderit te lartepemendur dhe kemi bere shiqimin e specifikimeve teknike dhe kerkesave ne tende, njeherit ju lutem te na jepni sqarim lidhur me pikat e meposhtme.

1. Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale

Operatori Ekonomik te jete i çertifikuar me ÇERTIFIKATË ISO 9001:2015 Ndërkomtare në emër të Kompanisë.

A lejohet te sjellet certifikata ISO me rastin e nenshkrimit te kontrates, duke qene se Produkti ofrohet me ISO CE me direktiva MDD, se bashku me vertetim te prodhuesit por qe marrja e ISO nga OE eshte proces disa mujor I kontrollit nga institutet akredituese, jemi pro certifikimit te kompanive por kerkojm te lejohet te sjellet ISO me rast te nenshkrimit te kontrates dhe te mos pengohet pjesemarrja e OE-ve.

2. X RAY ROOM FULLY DIGITAL INTEGRATED

Ne shiqim te specifikimeve verehen disa kontradikta ne mes specifikimeve/perpilim jo adekuat per pajisjen qe I nevojitet nivelit Primar Shendetesor ku nuk ka Ortoped dhe Kirurg me Orientim Ortopedik, Reumatolog, Gastroenterolog dhe merret si shpenzim I kote I mjeteve te buxhetit te Kosoves.

A lejohet te ofertohtet roentgen I RF Kontrollueshem ne distance me Detektor me Fluoroscopi si Opcion te azhurnueshem, pasi qe pikat fluoroskopike qe keni kerkuar jane te pakjarta dhe nuk I dedikohen shendetesise primare por veq Sekondare dhe Terciare ku Radiologu Operues duhet te jete I pranishem ne dhome se bashku me ekipen te gatshme per nderhyrje anti shok?

3. The speed should be min 3000 RPM

Speed rotation min 8800 RPM

Cilen shpejtesi te Tubit duhet te ofertohtet?

Keni kerkuar shpejtesi standard 3000RPM dhe me poshte kerkohet minimum shpejtesia 8800 RPM pra obligativisht eshte duke u favorizuar OE qe perfaqeson Kompanine Italiane GMM serine EIDOS RF439.

Ju lutem na spjegoni cilen shpejtesi te tubit te ofrohet poashtu ne rast se kerkoni shpejtesi 8800 RPM a duhet te ofertohtet dhe High Speed Starter Module ?

4. Touch screen monitor with arm support min 13"

A lejohet te ofrohet tabele komanduese me butona dhe jo touchscreen I cili eshte I dedikuar per GMM serine EIDOS RF439 poashtu nuk ka asnje dobi ne realizimin e procedurave radiologjike.

**5. Continuous and pulsed fluoroscopy mode**

A lejohet te ofrohet si opcion I azhurnueshem per te ardhmen dhe jo standard pasi qe e rrit tejmas cmimin e pajisjes poashtu pasi qe pikat fluoroskopike qe keni kerkuar jane te pakjarta dhe nuk I dedikohen shendetesise primare por veq Sekondare dhe Terциare ku Radiologu Operues duhet te jete I pranishem ne dhome se bashku me ekipen te gatshme per nderhyrje anti shok?

6. Stitching procedure should be interated for long leg and spine and measurement software for this

A lejohet te ofrohet si opcion I azhurnueshem per te ardhmen dhe jo standard pasi qe e rrit tejmas cmimin e pajisjes poashtu pasi qe pikat fluoroskopike qe keni kerkuar jane te pakjarta dhe nuk I dedikohen shendetesise primare por veq Sekondare dhe Terциare ku Radiologu Operues duhet te jete I pranishem ne dhome?

7. 2 grids with different focalization

Ju lutem na skjaroni sepse aparaturat e 2019 kane rrjetezim GRID multifocal dhe rrjetat me fookus fiks I takojne te kaluares, ju lutem te ndryshohet ne rrjetezim multifocal ose 2 rrjeta per te hapur konkurencen

8. Skjaroni sa Monitor dhe Sa Incha duhet te ofrohen ne kete aktivitet prokurimi ?**9. Skjaroni a duhet monitored te jene Medicinal si psh. Te kategorive si Barco, EIZO****10. Skjaroni a duhet te kene mbajtese Monitoret ?**

KosovaMed Healthcare sh.p.k.

Meriton Kurshumlia

KOSOVAMED HEALTHCARE SH.P.K.
KOSOVAMED
HEALTHCARE
Prishtinë - 601670947

Prishtine 28.05.2019