

KËRKESE PËR SQARIMPer: **Komuna-MITROVICË**Titulli: **Furnizimi me Remote controlled equipment**Nr i prokurimit **642/19/2991/1-2-1**Nr i brendshëm **642/19/019/121**

Te nderuar,

Ne KosovaMed Healthcare sh.p.k., kemi pranuar dosjen e tenderit te lartepemendur dhe kemi bere shqimin e specifikimeve teknike dhe kerkesave ne tende, njeherit ju lutem te na jepni sqarim lidhur me pikat e meposhtme.

Poashtu me date 31.05.2019 kemi pranuar pergjigjet tuaja "Nr 019 Përgjigje në kërkesën për Informata shtesë." ne lidhje me tenderin ku nuk na keni kthyer pergjigje per piken 5 ?

5. Continuous and pulsed fluoroscopy mode

A lejohet te ofrohet si opcion i azhurnueshem per te ardhmen dhe jo standard pasi qe e rrit tejmasemimin e pajisjes poashtu pasi qe pikat fluoroskopike qe keni kerkuar jane te pakjarta dhe nuk i dedikohen shendetesise primare por veq Sekondare dhe Terciare ku Radiologu Operues duhet te jete i pranishem ne dhome se bashku me ekipen te gatshme per nderhyrje anti shok?

Pyetje tjera:

11. Tek "Tomography with minimum 5 angles" a lejohet te ofertoht tomografi e avancuar me 4 Angles dhe 4 Shpejtesi pasi qe vetem GMM e ka kete specifike, ne anen tjetet tek prodhuesi kemi kerkuar skjarim i cili ka pohuar qe edhe versioni 4 ANGLES + 4 Speeds jep rezultat me superior se kerkesa prej 5 Angles qe keni kerkuar dhe veq cka do ndikoj pozitivisht edhe ky verzion.

12. Tek" Large transversal run of the table top min 35 cm with table top length 240 cm" a lejohet te ofrohet nga 32 cm transversal movement. 237,5 pasi qe nuk ka ndikim bazik realizimin e procedurave radiologjike por vetem dallim 1.3%.

13. Tek" Motorized rotation of the foot rest for easier patient positioning" a lejohet te ofrohet rotacion manual jo motorrik i cilin nuk ka ndikim bazik realizimin e procedurave radiologjike.

14. Tek "Footrest support with motor" a lejohet te ofertoht footres standard i pa motorizuar i cili nuk ka ndikim bazik realizimin e procedurave radiologjike.

Ju lutem te i lejoni dhe keto ndryshime te vogla dhe te beni te hapur konkurencen siq e parashikon LPP. Mbesim me shprese tek institucioni i juaj i respektuar.

KosovaMed Healthcare sh.p.k.

Meriton Kurshumlia


KOSOVAMED HEALTHCARE SH.P.K.
HEALTHCARE
Prishtine - 601670947**Prishtine 31.05.2019**



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Mitrovicës
Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica



Referencë/a:				
Për/Za/To:		N/I		
CC:		Bekim MUJA –Drejtorë i Prokurimit		
Nga/Od/From:		Haxhimet FERATI-Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit		
Tema/Subjekat/Subject:		Përgjigje në kërkesën për Informata shtesë		
Nr. i zyrës: Br. Kancelar.: Room No:	Lokacioni: Lokacija: Location:	Mitrovicë	Data: Datum: Date:	30/05/2019
PER AKTIVITET / ZA AKTIVNOST / FOR ACTION:				X
PER MIRATIM / ZA USVAJANJE / FOR APPROVAL:				
PER NENSHKRIM / ZA POTPIS / FOR SIGNATURE:				
PER KOMENTE / ZA KOMENTARE / FOR COMMENTS”				

Pershendetje të nderuar
Besoj se jeni mirë

Së pari ju falenderoj për interesimin tuaj dhe ne si Zyre e Prokurimit ju konfirmojm se te gjitha procedurat e prokurimit në lidhje me Njoftimin për kontratë janë zhvilluar sipas ligjit te Prokurimit në fuqi për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, LPP Nr 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 dhe ju konfirmojë me plotë përgjegjisi ligjore se procedura me të nr prokurimi: 642/19/299/1-2-1 “**Furnizim me remote controlled equipment.**” Se për procedurën në fjalë kriteret janë në suaza te LPP-së dhe janë kritere për kontrata për O.E. të përgjeshëm dhe serioz dhe jo fare diskriminues por kritere te cilat mund ti plotësojnë O.E. operator te pergjegjshëm dhe më posht ne si Zyre e Prokurimit në bashkpunim me njësin kërkuese japim sqarimet si më poshtë për kerkesën e juaj për sqarime:

Përgjigje:

1. Ky është kriter minimal i përcaktuar nga ne si AK dhe që duhet ta ketë qdo O.E. nuk është kriter diskriminues dhe kjo qertifikatë duhet të sjellet gjatë vlerësimit.
2. Pajisja është përcaktues te përdoret për diagnostike e cila perfshine nje lemi te gjere dhe kriteret e përcaktuara janë kërkesa minimale te cilat duhet te plotesohen nga Ofertuesit, si dhe kjo është pajisje diagnostike, dhe ashtu si edhe për këtë pajisje e poashtu edhe pajisjet e tjera nevojitet prezenca e Radiologut.
3. Kërkohe rotation speed prej min 3000RPM
4. Po, lejohet ofrimi i tabelës komanduese

6. Referoju specifikave minimale te Dosjes se tenderit, pajisja duhet te ketë si opsion standard specifikimin teknik te ofruar.
7. Lejohet ofrimi i opsionit alternative si aimultifocal ose 2 rrjeta
8. Kërkohet min 1 monitor 19’’
9. Monitori duhet te jete Medicinal
10. Monitorët duhet te vendosen ne mbajtëse apo te vendosen ne tavoline, varsen e percakton ofertuesi.

Autoriteti kontraktues ka perpiluar specifikat teknike neutrale dhe nuk favorizojnë asnjë kompani prodhuese aspo ofertues

Ju falenderojmë për mirëkuptim.