



**Republika e Kosovës**  
Republika Kosova – Republic of Kosovo  
**Komuna e Mitrovicës**  
Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica



Referencë/a:			
Për/Za/To:	N/I		
CC:	Bekim MUJA –Drejtorë i Prokurimit		
Nga/Od/From:	Haxhimet FERATI-Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit		
Tema/Subjekat/Subject:	Përgjigje në kërkesën për Informata shtesë		
Nr. i zyrës: Br. Kancelar.: Room No:	Lokacioni: Mitrovicë Lokacija: Location:	Data: Datum: Date:	03/06/2019
PER AKTIVITET / ZA AKTIVNOST / FOR ACTION:			X
PER MIRATIM / ZA USVAJANJE / FOR APPROVAL:			

Pershendetje të nderuar

Së pari ju falenderoj për interesimin tuaj dhe ne si Zyre e Prokurimit ju konfirmojm se te gjitha procedurat e prokurimit në lidhje me Njoftimin për kontratë janë zhvilluar sipas ligjit te Prokurimit në fuqi për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, LPP Nr 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 dhe ju konfirmojë me plotë përgjegjasi ligjore se procedura me të nr prokurimi: 642/19/299/1-2-1 "Furnizim me remote controlled equipment." Se për procedurën në fjalë kriteret janë në suaza te LPP-së dhe janë kriteret për kontrata për O.E. të përgjeshëm dhe serioz dhe jo fare diskriminues por kriteret te cilat mund ti plotësojnë O.E. operator te pergjegjshëm dhe më posht ne si Zyre e Prokurimit në bashkpunim me njësin kërkuese japim sqarimet si më poshtë për kerkesën e juaj për sqarime:

Përgjigje:

**5. Referoju specifikave minimale te dosjes se tenderit, continuous and pulsed fluoroscopy mode duhet te jete standard e pajisjes.**

**11. Po, lejohet.**

**12. Po, Lejohet.**

**13. Referoju specifikave minimale te dosjes se tenderit, motorized rotation of the foot rest for easier patient repositioning duhet te jete pjese standard e pajisjes.**

**14. Referoju specifikave minimale te dosjes se tenderit, footrest support with monitor duhet te jete pjese standarde e pajisjes.**

Autoriteti kontraktues ka perpiluar specifikat teknike standarde dhe jo diskriminuese që nuk favorizojnë asnjë kompani.

Ju falenderojmë për mirëkuptim.